



Collar Cervical Adulto 4 posiciones

Cuatro tallas en una

El collarín ajustable une los 4 tamaños de los collarines adultos en uno sólo,

El collarín ajustable pediátrico incluye 3 tamaños en uno sólo collarín.

El ajuste es muy fácil: Se mide al paciente, se elige el tamaño adecuado y ya se puede inmovilizar el paciente de manera eficiente

Este producto cumple los requerimientos esenciales de la directiva 93/42/CEE, modificada por la directiva 2007/47/CEE.

Especificaciones técnicas

Almacenamiento:

No almacenar el collarín en posición plegada.

Almacenar en posición plana.

Rango de temperaturas de almacenamiento:

-34 °C a 52 °C

(-30 °F a 125 °F)

Rango de temperaturas de trabajo:

-25 °C a 43 °C

(-13 °F a 110 °F)

Cuatro tallas en una: Menor necesidad de espacio
Menor coste de existencias
Simplificación de los pedidos

Las tallas corresponden con el Stifneck original:
Facilita el entrenamineto
Facilita el cambio

Método de tallado
definido: Método Stifneck basado en los dedos
Elección de la talla y ajuste del cierre antes
de colocar el collarín, por la seguridad del paciente

Ajuste de cierre: Asegura la estabilidad del collarín
Cierre audible y táctil, por seguridad
Asegura un ajuste simétrico

Una sola pieza: No necesita montaje
Colocación fácil y rápida
Almacenamineto en forma plana

Gran abertura traqueal: Mayor que en cualquier collarín
Fácil acceso a pulso carotídeo
Fácil acceso a técnicas avanzadas de vía aérea
Óptima valoración visual

Nueva abertura trasera: Permite la palpación de la zona cervical
Permite el drenaje de sangre y otros fluidos
Óptima valoración visual

Máxima calidad: Material hipoalergénico
Transparente a RX y compatible RMN

Aplicación Este producto se ha diseñado para inmovilizar la columna cervical en una posición neutra durante el transporte, en combinación con otros dispositivos de inmovilización cervical e inmovilización de todo el cuerpo

Importante – En los casos en que se sospeche de la existencia de lesiones de la médula espinal, una inmovilización correcta del cuello es sólo una parte de la inmovilización total. – Es imprescindible inmovilizar correctamente al paciente para evitar cualquier movimiento de la columna vertebral

Los collarines Stifneck Select solo debe utilizarlos el personal sanitario debidamente formado. – Un uso incorrecto puede provocar lesiones o discapacidades permanentes. Seguir siempre el protocolo local de inmovilización de columna vertebral. – Utilizar un collarín con el tamaño correcto. Un collarín demasiado grande puede provocar una hiperextensión de la columna cervical del paciente. Un collarín demasiado pequeño no proveerá una estabilidad correcta. – No ajustar el collarín Select o Pedi-Select en el paciente.